

患者様各位

2021 年 7 月

医療法人社団 玉栄会
東京天使病院
院長 別役 徹生

フィリップス社製C P A P装置をお使いの患者様へのお知らせ

株式会社フィリップス・ジャパンよりC P A P装置“ドリームステーション”が
米国において自主回収（リコール）となったとの報告を受けました。

リコール内容は、ドリームステーションに使用されている防音素材が劣化してその一部が
吸入されてしまう可能性があるとの報告でした。米国では最近、新型コロナウイルスの
流行によりオゾンを用いた規定以外の消毒や、健康保険制度が無いため個人でC P A P装
置を購入している人たちが適切なメンテナンスを受けていない例も多く報告されていると
の事です。このような使用状況は、日本国内とは大きく異なっており、日本国内ではC P
A P装置本体のリコールには至っておりません。

現在、厚生労働省からの指示を待っている状況ですが、新しい情報が入り次第患者様には
ご報告いたしますので、当面は今まで通りC P A P装置をご使用下さい。

ご迷惑をお掛けしておりますことを、深くお詫び申し上げます。